

ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 21/2022

PROCESSO ADM. N°. 7139/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

Uma empresa interessada em participar do certame solicitou esclarecimentos quanto ao pregoão supracitado. Temos a esclarecer:

Quanto ao item 1.4:

1. Quantos pontos de gases deverão ter a para quais gases?

RESPOSTA: 02 pontos de oxigênio, 02 pontos de ar comprimido e 01 ponto de vácuo.

2. Quantos pontos de lógica?

RESPOSTA: 01 ponto de lógica.

3. Quantos pontos de energia?

RESPOSTA: 02 pontos de tomadas 110w e 01 ponto de tomada 220w.

**CLEONICE DIAS DE SOUSA
PREGOEIRA**