



ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Processo de Compra Nº: 54042/2022

Pregão Presencial Nº: 101/2022

Objeto: Registro de preços para aquisição de tira reagente para teste de glicemia.

PREÂMBULO

No dia 06/10/2022, às 09:00, reuniram-se na Sala de Licitações, situada na Rua Joaquim das Neves, 211, térreo, bairro Vila Caldas, na cidade de Carapicuíba, a Pregoeira e Equipe de Apoio, para a Sessão Pública do Pregão em Epígrafe.

Aberta a sessão, procedeu-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes de formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição do Licitante, na seguinte conformidade:

CRENCIAMENTO

Representante	Empresa
EDILSON DE OLIVEIRA	CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA
FABIO ROCHA DA FONSECA	FIVE MED DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO	PONTUAL COMERCIAL EIRELI

Todos os representantes das empresas presentes foram credenciados.

REGISTRO DO PREGÃO

Ato contínuo, foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, a Pregoeira examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, com aqueles definidos no Edital, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002.

Em seguida, a Pregoeira convidou individualmente o autor da proposta selecionada a formular lances de forma sequencial a partir do autor da proposta de maior preço os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da seguinte forma:

Nº Item 1 Material: 1.1.87672 - Tiras reagentes para teste de glicemia que façam amostras em sangue total com acesso capilar, venoso e arterial, para uso em pacientes adultos, crianças, gestantes e neonatos, por metodologia de biosensor amperométrico, com coleta de sangue pela parte superior e por aspiração, evitando contaminação cruzada e faixa de medição do aparelho entre 20 a 600 mg/dl, aceitando-se valores superiores ou inferiores, informação de "LO" somente abaixo de 20 mg/dl e "HI" acima de 600 mg/dl. Volume de amostra sanguínea até 0,5 ml (microlitros). A validade deverá ser de no mínimo 12 meses a partir da entrega do produto. Ser acondicionadas em frasco com 50 unidades, tempo de leitura em até 5 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade e registro no MS, estudo ISO 15197/2013 e certificação de boas práticas de fabricação na ANVISA. Prospecto e declaração do detentor do registro específico para este certame, declaração certificando enfermeiro(a) responsável para treinamento dos profissionais de saúde. Deverão ser fornecidos na forma de comodato, sem custos para o contratante, aparelhos glicosímetros com uso de bateria única de lítio, para no mínimo 800 medições constando do registro, indelével, no MS. Quantidade de monitor de acordo com as solicitações, no máximo 8.000. A empresa deverá fornecer software em português para transferência de dados e gerenciamento dos resultados obtidos pelo monitor de glicemia, para computador, com login e senha, com gerenciamento de diversos relatórios com controle de dispensação de tiras de glicemia por paciente, cabos USB, de acordo com as solicitações, sendo no máximo 02 cabos, por unidade de saúde, para transferência de dados do aparelho para microcomputador, compatível com sistema operacional Windows e Linux e possibilidade de instalação em rede. A instalação do software e o treinamento de todo o sistema deverá ser realizado sem custo adicional.

Fase: Propostas

PONTUAL COMERCIAL EIRELI	30,00	Declinado Na Fase de Proposta
FIVE MED DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	27,00	Declinado Na Fase de Proposta
CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO	17,50	



ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Processo de Compra Nº: 54042/2022

Pregão Presencial Nº: 101/2022

Objeto: Registro de preços para aquisição de tira reagente para teste de glicemia.

CLASSIFICAÇÃO

Nº Item 1 Material: 1.1.87672 - Tiras reagentes para teste de glicemia que façam amostras em sangue total com acesso capilar, venoso e arterial, para uso em pacientes adultos, crianças, gestantes e neonatos, por metodologia de biosensor amperométrico, com coleta de sangue pela parte superior e por aspiração, evitando contaminação cruzada e faixa de medição do aparelho entre 20 a 600 mg/dl, aceitando-se valores superiores ou inferiores, informação de "LO" somente abaixo de 20 mg/dl e "HI" acima de 600 mg/dl. Volume de amostra sanguínea até 0,5 ml (microlitros). A validade deverá ser de no mínimo 12 meses a partir da entrega do produto. Ser acondicionadas em frasco com 50 unidades, tempo de leitura em até 5 segundos, contendo identificação, procedência, marca, data de validade e registro no MS, estudo ISO 15197/2013 e certificação de boas práticas de fabricação na ANVISA. Prospecto e declaração do detentor do registro específico para este certame, declaração certificando enfermeiro(a) responsável para treinamento dos profissionais de saúde. Deverão ser fornecidos na forma de comodato, sem custos para o contratante, aparelhos glicosímetros com uso de bateria única de lítio, para no mínimo 800 medições constando do registro, indelével, no MS. Quantidade de monitor de acordo com as solicitações, no máximo 8.000. A empresa deverá fornecer software em português para transferência de dados e gerenciamento dos resultados obtidos pelo monitor de glicemia, para computador, com login e senha, com gerenciamento de diversos relatórios com controle de dispensação de tiras de glicemia por paciente, cabos USB, de acordo com as solicitações, sendo no máximo 02 cabos, por unidade de saúde, para transferência de dados do aparelho para microcomputador, compatível com sistema operacional Windows e Linux e possibilidade de instalação em rede. A instalação do software e o treinamento de todo o sistema deverá ser realizado sem custo adicional.

CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO		17,50	1º Lugar
FIVE MED DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	Declinado	27,00	2º Lugar
PONTUAL COMERCIAL EIRELI	Declinado	30,00	3º Lugar

REGISTRO DO PREGÃO

Em ato contínuo, foram abertos os envelopes contendo a documentação de habilitação, após análise dos documentos das empresas classificadas, todas foram consideradas habilitadas, os itens serão adjudicados para as seguintes empresas:

CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA

Item	Cod. Mat.	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	1.1.87672	TIRAS REAGENTES PARA TESTE DE GLICEMIA QUE FACAM AMOSTRAS EM	215.000,00	17,50	3.762.500,00
Valor total dos itens:				R\$ 3.762.500,00	

ENCERRAMENTO

A empresa FIVE MED DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME manifestou intenção de recorrer quanto a classificação e habilitação da empresa CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes franqueada vista imediata aos autos.

Foi redigida a presente Ata, que segue assinada pelo representante da empresa presente e todos os demais.



ATA DE SESSÃO PÚBLICA

Processo de Compra Nº: 54042/2022

Pregão Presencial Nº: 101/2022

Objeto: Registro de preços para aquisição de tira reagente para teste de glicemia.

ASSINAM

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

Eidmar Carnuta Da Silva
Pregoeiro(a)

Diego Costa Chardua
Equipe de Apoio

Cleonice Dias Da Sousa
Equipe de Apoio

REPRESENTANTES DAS LICITANTES

EDILSON DE OLIVEIRA
CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES
LTDA

FABIO ROCHA DA FONSECA
FIVE MED DIST. DE MEDICAMENTOS EIRELI
ME

CARLOS ALBERTO DO ESPIRITO SANTO
PONTUAL COMERCIAL EIRELI