

ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 06/2024

PROCESSO ADM. N.º. 52161/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO.

Empresas interessadas em participar do certame solicitaram esclarecimentos quanto ao pregão supracitado. Temos a esclarecer:

1. A especificação é só de um DEA ou de um cardioversor com DEA?

RESPOSTA: A especificação se refere ao DEA.

2. O descritivo é somente esse ou tem outra especificação?

RESPOSTA: O descritivo do material a ser adquirido é: Desfibrilador externo automático DEA. Descrição: Grau de proteção contra choque elétrico energizado internamente quando em operação e classe II quando a bateria está sob carga, partes aplicadas tipo CF à prova de desfibrilação aplicável a cada módulo: pás de choque universal, SpO2, ECG e feedback de RCP, de 50 a 250 choques. Modo de operação: ON máx, carga capacitor: 6 segundos OFF intervalo mínimo entre os disparos 30 segundos. Carregador de bateria entrada 100-240 VAC / 50-60Hz, saída 12,6VDC – 800m. Bateria interna recarregável, VDC, 2200mAh, tempo de carga completa da bateria (completamente descarregada) 4 horas, duração da bateria aproximadamente 10 horas. O anexo I que consta no edital se refere ao Termo de referência, que traz as especificações para essa aquisição.

Eidmar Carnuta da Silva
PREGOEIRA